



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۱۰

آزمایشگاه: بصیر ۶۰.۱۰۷

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۱۰	۱۱۰.۱۶	۴.۳۷	-۰.۰۲	۰.۱۵%	جزئیات
۲	Urea	۴۳	۴۴.۹۴	۷.۰۸	-۰.۷۶	۴.۳۱%	جزئیات
۳	Uric Acid	۶	۶.۲۹	۹.۱۳	-۰.۵۹	۴.۵۳%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۳۶	۱.۳۰	۱۰.۴۹	۰.۵۰	۴.۴۵%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۶۵	۱.۸۱	۱۲.۶۸	-۰.۵۹	۸.۸۴%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۰.۹۵	۱.۱۱	۱۵.۰۳	-۰.۷۶	۱۴.۶۵%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۵۸	۱۵۳.۳۶	۵.۹۸	۰.۵۰	۳.۰۳%	جزئیات
۸	Triglyceride	۹۱	۸۸.۷۴	۷.۸۸	۰.۳۳	۲.۵۴%	جزئیات
۹	HDL	۴۸	۴۶.۸۲	۱۰.۲۴	۰.۲۱	۲.۵۳%	جزئیات
۱۰	LDL	۷۵	۷۳.۵۸	۸.۱۷	۰.۱۳	۱.۹۳%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۲	۴.۱۵	۴.۷۷	۰.۲۰	۱.۲۳%	جزئیات
۱۲	Protein	۶	۶.۳۲	۶.۷۸	-۱.۰۱	۵.۰۳%	جزئیات
۱۳	ALP	۲۹۵	۳۱۳.۸۵	۹.۱۹	-۰.۳۹	۶.۰۱%	جزئیات
۱۴	AST	۳۳	۳۳.۷۴	۸.۵۳	-۰.۲۲	۲.۱۸%	جزئیات
۱۵	ALT	۴۱	۳۹.۸۶	۸.۱۱	۰.۲۹	۲.۸۵%	جزئیات
۱۶	CPK	۱۸۱	۲۰۲.۹۳	۸.۳۸	-۰.۷۲	۱۰.۸۱%	جزئیات
۱۷	LDH	۳۷۶	۳۹۱.۰۴	۶.۴	-۰.۴۸	۳.۸۵%	جزئیات
۱۸	Amylase	۸۸	۹۰.۳۸	۶.۲۶	-۰.۲۳	۲.۶۴%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۴	۳۳.۲۹	۲۶.۱۲	۰.۱۲	۲.۱۳%	جزئیات
۲۰	GGT	۴۸	۴۶.۱۹	۹.۸۸	۰.۳۶	۳.۹۱%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۹	۹.۰۱	۳.۶۲	-۰.۲۴	۱.۱۸%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۴.۹۳	۴.۷۳	۶.۵۷	۰.۵۵	۴.۳۲%	جزئیات
۲۳	Iron	۹۹	۱۰۱.۱۴	۸.۹۶	-۰.۱۸	۲.۱۲%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۴۹	۲۴۷.۰۵	۱۱.۰۴	۰.۰۵	۰.۷۹%	جزئیات
۲۵	Transferin	۱۷۷	۱۸۷.۶۵	۸.۷۸	-۰.۳۸	۵.۶۷%	جزئیات
۲۶	Sodium	۱۳۹.۷	۱۳۸.۵۵	۲.۰۷	۰.۴۲	۰.۸۳%	جزئیات
۲۷	Potassium	۳.۹۷	۳.۹۴	۳.۶۸	۰.۱۸	۰.۶۳%	جزئیات
۲۸	Lithium	۱.۰۱	۱.۰۰	۱۱.۶	۰.۱۱	۱.۲%	جزئیات
۲۹	Tf	۷.۸	۷.۳۰	۶.۲۸	۰.۵۶	۶.۷۸%	جزئیات
۳۰	TSH	۱.۳۲	۱.۳۲	۹.۰۴	۰.۰۰	۰%	جزئیات
۳۱	Total PSA	۹	۱۱.۰۵	۵.۴	-۱.۸۵	۱۸.۵۲%	جزئیات
۳۲	Ferritin	۱۹.۶	۱۹.۶۱	۸.۰۸	-۰.۰۰	۰.۰۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول