



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۳۲۰

آزمایشگاه: بصیر ۶۰.۱۰۷

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Pishtaz teb	ELISA	۷.۲۸	Positive	HBs Ag
Negative	Siemens	CL	۰.۰۲	Negative	HCV Ab
Positive	Siemens	CL	۱۹.۷۵	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۲	۲۸	۵	۲	۱	Negative	
۱۹	۱۱۳۶	۹۷	۱۵۵	۱۷۷	Positive	HBs Ag
۱	۶				Suspicious	
۲۰	۱۲۰۸	۷۸	۱۶۲	۹۸	Negative	
	۹	۱	۱	۲	Positive	HCV Ab
	۲				Suspicious	
۱	۲۷	۵			Negative	
۱۹	۱۱۶۲	۱۳۱	۱۵۶	۱۰۹	Positive	HIV Ab
	۱	۱			Suspicious	