



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۳۲۱

آزمایشگاه: بصیر ۶۰.۱۰۷



نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Negative	Pishtaz teb	ELISA	۰.۵۱	Negative	HBs Ag
Negative	Siemens	CL	۰.۰۲	Negative	HCV Ab
Negative	Siemens	CL	۰.۲۴	Negative	HIV Ab

## توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۱۹	۱۱۲۰	۹۶	۱۵۳	۱۸۲	Negative	
۲	۳۸		۱	۱	Positive	HBs Ag
	۴				Suspicious	
۱۹	۱۲۱۱	۷۱	۱۴۶	۱۰۷	Negative	
	۲		۱۲	۱	Positive	HCV Ab
	۱		۳		Suspicious	
۱۸	۱۱۵۵	۱۲۹	۱۴۶	۱۱۱	Negative	
۲	۲۴	۳	۹	۱	Positive	HIV Ab
	۳		۳		Suspicious	