



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۱۰

آزمایشگاه: بصیر ۶۰.۱۰۷



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۷.۰	۷.۰۸	۱.۸	-۰.۶۷	۲.۳۶%	جزئیات
۲	RBC	۴.۴۲	۴.۴۷	۱.۴۸	-۰.۳۵	۱.۰۵%	جزئیات
۳	Hb	۱۲۸	۱۳۳.۷۰	۱.۳۴	-۱.۴۲	۴.۲۶%	جزئیات
۴	Hct	۳۶.۳	۳۷.۱۷	۲.۹۹	-۰.۵۹	۲.۳۴%	جزئیات
۵	MCV	۸۱.۲	۸۳.۴۷	۲.۱۳	-۰.۶۸	۲.۷۲%	جزئیات
۶	MCH	۲۸.۸	۲۹.۷۵	۱.۷۳	-۱.۰۷	۳.۲۱%	جزئیات
۷	MCHC	۳۵۴	۳۵۷.۱۳	۲.۵۷	-۰.۲۲	۰.۸۸%	جزئیات
۸	Plts	۲۴۰	۲۵۱.۶۶	۶.۲۹	-۰.۴۶	۴.۶۴%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول