



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلازما کنترل لئوفیلز

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۳۰

آزمایشگاه: بصیر ۶۰.۱۰۷



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۲۷	۱.۱۱	۹.۶۷	۱.۶۳	۱۴.۷۲%	جزئیات
۲	PTT	۴۰	۴۱.۸۳	۱۰.۳۳	-۰.۴۹	۴.۳۸%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول