



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B11۰

آزمایشگاه: بصیر ۶۰.۱۰۷

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۰۸	۱۱۱.۱۴	۴.۱	-۰.۴۷	۲.۸۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	Urea	۴۳	۴۴.۸۴	۶.۹۷	-۰.۷۲	۴.۰۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Uric Acid	۵.۹	۶.۴۶	۹.۰۳	-۱.۱۳	۸.۷۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Creatinine	۱.۵۲	۱.۵۰	۹.۸۵	۰.۱۷	۱.۴۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	Total Bilirubin	۱.۵۵	۱.۶۱	۱۱.۵۳	-۰.۲۴	۳.۶۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	Direct Bilirubin	۱	۰.۹۸	۱۳.۹۱	۰.۱۱	۲.۱۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	Cholestrol	۱۶۲	۱۶۲.۳۲	۴.۷۱	-۰.۰۳	۰.۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Triglyceride	۱۰۵	۱۰۵.۷۸	۶.۱۲	-۰.۱۰	۰.۷۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۹	HDL	۴۹	۴۷.۵۴	۹.۹۳	۰.۲۶	۳.۰۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۰	LDL	۷۷	۷۷.۰۱	۷.۹۳	-۰.۰۰	۰.۰۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۱	Albumin	۴.۱۶	۴.۱۱	۵.۵۶	۰.۲۱	۱.۲۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۲	Protein	۶.۲	۶.۳۴	۶.۶	-۰.۴۴	۲.۱۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۳	ALP	۳۰۳	۲۸۳.۱۱	۷.۸۷	۰.۴۵	۷.۰۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۴	AST	۳۵	۳۴.۹۲	۸.۲۳	۰.۰۲	۰.۲۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۵	ALT	۳۱	۳۳.۱۴	۹.۱۳	-۰.۶۴	۶.۴۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۶	CPK	۱۵۹	۱۸۱.۵۰	۸.۲۳	-۰.۸۳	۱۲.۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۷	LDH	۴۱۵	۴۲۴.۱۳	۶.۴۱	-۰.۲۷	۲.۱۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۸	Amylase	۹۲	۹۵.۱۳	۶.۵۳	-۰.۲۹	۳.۲۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۹	Lipase	۴۳	۳۷.۶۷	۲۳.۸۴	۰.۷۹	۱۴.۱۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۰	GGT	۵۲	۴۶.۹۰	۹.۱۴	۰.۹۹	۱۰.۸۷%	<a href="#">جزئیات</a>

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۵	۸.۸۰	۳.۵۶	-۰.۶۸	۳.۴۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۲	Phosphorus	۴.۳	۴.۶۳	۶.۸۹	-۰.۹۰	۷.۰۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۳	Iron	۱۰۷	۱۰۳.۳۷	۸.۶	۰.۲۹	۳.۵۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۴	TIBC	۲۷۸	۲۵۴.۶۲	۱۱.۹۸	۰.۶۱	۹.۱۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۵	Transferin	۱۵۴	۱۷۷.۱۰	۱۲.۱۹	-۰.۸۷	۱۳.۰۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۶	Sodium	۱۳۷	۱۳۷.۸۹	۱.۹۹	-۰.۳۲	۰.۶۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۷	Potassium	۳.۹۷	۳.۸۹	۳.۷۷	۰.۵۶	۱.۹۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۸	Lithium	۰.۹۸	۱.۰۱	۱۲.۵۵	-۰.۲۴	۲.۶۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۹	Tf	۷	۷.۰۷	۸.۲۲	-۰.۰۸	۱.۰۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۰	TSH	۱.۱۶	۱.۲۶	۶.۴	-۰.۶۴	۷.۶۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۱	Total PSA	۷.۷۷	۹.۵۵	۱۴.۲۶	-۱.۸۶	۱۸.۶۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۲	Ferritin	۱۷.۸	۲۱.۸۰	۱۲.۶۸	-۱.۲۲	۱۸.۳۳%	<a href="#">جزئیات</a>

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول