



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳H110

آزمایشگاه: بصیر ۶۰.۱۰۷



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۵.۷۳	۵.۸۱	۴.۴۱	-۰.۱۷	۱.۳۶%	جزئیات
۲	RBC	۴.۳۹	۴.۳۸	۱.۹۱	۰.۰۴	۰.۱۱%	جزئیات
۳	Hb	۱۳۳	۱۳۳.۱۹	۱.۹۴	-۰.۰۵	۰.۱۴%	جزئیات
۴	Hct	۳۸.۸	۳۹.۲۳	۳.۱۱	-۰.۲۷	۱.۰۹%	جزئیات
۵	MCV	۸۸.۴	۸۹.۵۹	۲.۹۸	-۰.۳۳	۱.۳۳%	جزئیات
۶	MCH	۳۰.۳	۳۰.۳۳	۲.۶۸	-۰.۰۳	۰.۱%	جزئیات
۷	MCHC	۳۴۳	۳۳۸.۱۸	۲.۶۶	۰.۳۶	۱.۴۳%	جزئیات
۸	Plts	۱۷۶	۱۷۱.۲۰	۶.۳۳	۰.۲۸	۲.۸%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول